

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C1		Kf.-Kondensator	CKD 2/50/500		
C2		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C3		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C4		MP-Kondensator	CIR 1/250/1		
C5		Keramikkondensator	CTS 3		
C6		Kf.-Kondensator	CKD 2/50/500		
C7		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C8		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C9		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C10		Kf.-Kondensator	CKD 2/12/500		
C11		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C12		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C13		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C14		Kf.-Kondensator	CKD 2/400/500		
C15		Keramikkondensator	CCG 41/8		
C16		Keramikkondensator	CCG 41/6 + CCG 11/1 par.		
C17		Keramikkondensator	CCG 41/6		
C18		Keramikkondensator	CCG 41/6		
C19		Keramikkondensator	CCG 41/10		
C20		Kf.-Kondensator	CKD 2/100/500		
C21		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C22		Keramikkondensator	CCG 31/100		
C23		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C24		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C25		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C26		Papierkondensator	CPM 10000/250		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa Gilt ab FNr. EF 431/23 Ersetzt für ersetzt durch Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77	Liste besteht aus 21 Blatt Blatt Nr. 1
		a	-	1158	Stg		
Tag Name geschrieben 657 Po bearbeitet 557 Gh geprüft normgeprüft		b	-	359	Stg		
		c	-	31.7.61	Gh		

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C27		Keramikkondensator	CCH 31/30		
C28		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C29		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C30		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C31		Keramikkondensator	CCH 31/30		
C32		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C33		Keramikkondensator	CCH 31/30		
C34		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C35		Keramikkondensator	CCH 31/30		
C36		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C37		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C38		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C39		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C40		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C41		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C42		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C43		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C44		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C45		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C46		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C47		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C48		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C49		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C50		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C51		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C52		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt						
		a.	-	1158	Stg								
		b	-	359	Stg								
		c	-	31.7.61	Gh		Blatt Nr. 2						
		Tag	Name	Ersatz für		ersetzt durch							
Arbeitspause Nr.		geschrieben	657	Po	Stückliste Schalteille zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77								
		bearbeitet	557	Gh									
		geprüft											
		normgeprüft											

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C53		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C54		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C55		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C56		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C57		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C58		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C59		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C60		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C61		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C62		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C63		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C64		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C65		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C66		Kf.-Kondensator	CKD 2/500/125		
C67		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C68		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C69		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C70		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C71		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C72		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C73		Lufttrimmer	CV 8006		
C74		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C75		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C76		Lufttrimmer	CV 8006		
C77		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C78		Keramikkondensator	CCH 31/27		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 3
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name			Ersatz für	ersetzt durch
geschrieben	657	Po			Stückliste Schalteille zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 Mlz BN 444472...77	
bearbeitet	557	Gh				
geprüft						
normgeprüft						

ervielfältige.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Vervielfältigung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
C79		Lufttrimmer	CV 8006	
C80		Keramikkondensator	CCG 41/2	
C81		Keramikkondensator	CCH 31/27	
C82		Lufttrimmer	CV 8006	
C83		Keramikkondensator	CCG 41/2	
C84		Keramikkondensator	CCH 31/27	
C85		Lufttrimmer	CV 8006	
C86		Keramikkondensator	CCG 41/2	
C87		Keramikkondensator	CCH 31/27	
C88		Lufttrimmer	CV 8006	
C89		Keramikkondensator	CCG 41/2	
C90		Keramikkondensator	CCH 31/27	
C91		Lufttrimmer	CV 8006	
C92		Keramikkondensator	CCG 41/2	
C93		Lufttrimmer	CV 8006	
C94		Keramikkondensator	CCH 31/15	
C95		Keramikkondensator	CCH 31/56	
C96		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C97		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C98		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350	
C99		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C100		Ker.Df.-Kondensator	CPK 100000/250 } parallel CFR 1/5000/350 }	
C101		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C102		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C103		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C104		Keramikkondensator	CCH 31/27	

vielfältige-Pause Nr.

benutzte-Pause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd. zust.	Änd.-Mittg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt	
		a	-	1158	Stg		Blatt Nr. 4	
		b	-	359	Stg			
		c	-	31.7.61	Gh			
	Tag	Name						
geschrieben	657	Po						
bearbeitet	557	Gh						
geprüft								
normgeprüft								
Ersatz für						ersetzt durch		
STÜCKLISTE Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77								

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C105		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C106		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C107		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C108		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C109		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C110		Keramikkondensator	CCG 11/0,5		
C111		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C112		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C113		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C114		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C115		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C116		Keramikkondensator	CHS 500		
C117		Keramikkondensator	CCH 31/33		
C118		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C119		Papierkondensator	CPK 25000/250 } parallel CPM 10000/250 }		
C120		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C121		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C122		Papierkondensator	CPK 10000/250		
C123		Keramikkondensator	CCG 11/1		
C124		Keramikkondensator	CCG 41/4		
C125		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C126		Keramikkondensator	CCG 11/1 } parallel CCG 41/6 }		
C127		Keramikkondensator	CCG 41/10		
C128		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
C129		Papierkondensator	CPK 25000/250 } parallel CPM 10000/250 }		
C130		Papierkondensator	CPM 10000/250		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mitgl. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 5	
	a	-	1158	Stg			
	b	-	359	Stg			
	c	-	31.7.61	Gh			
Tag Name					Ersatz für	ersetzt durch	
geschrieben bearbeitet geprüft normgeprüft	657 557	Po Gh	Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz				BN 444472...77

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C131		Keramikkondensator	CCG 41/4		
C132		Papierkondensator	CPM 10000/250		
C133		Keramikkondensator	CCG 41/61 CCG 11/11 } parallel		
C134		Keramikkondensator	CCH 31/33		
C135		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C136		Keramikkondensator	CCH 31/39		
C137		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C138		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C139		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C140		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C141		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C142		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C143		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C144		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C145		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C146		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C147		Keramikkondensator	CCG 41/2		
C148		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C149		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C150		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C151		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C152		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C153		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350		
C154		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C155		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C156		Keramikkondensator	CCH 31/100		

Vervielfältigungs-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444.472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 6
		a	-	1158	Stg		
		b	-	359	Stg		
		c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name					
geschrieben	657	Po					
bearbeitet	557	Gh					
geprüft							
normgeprüft							
Ersatz für						ersetzt durch	
Stückliste / Schaltteilliste zu							
Dekadische Meß- und Steuerstufe							
Type XUD							
DEO 1 MHz						BN 444472...77	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
C160		Keramikkondensator	CCH 31/56	
C161		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350	
C162		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C163		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350	
C164		Keramikkondensator	CCG 11/1,5	
C165		Keramikkondensator	CCS 10 CWR 16 } parallel	Prüffeld!
C166		Keramikkondensator	OWS 10	
C168		Lufttrimmer	CV 8106	
C169		Drehkondensator	E 305/4-20	
C170		Keramikkondensator	CWR 20	
C171		Keramikkondensator	CCG 11/1	
C172		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/1600/350	
C173		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/1600/350	
C174		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C175		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C176		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C177		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C178		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C179		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C180		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	
C181		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350	
C182		Ker.Df.-Kondensator	CFR 1/5000/350	

vielefältige.-Pause
Nr.

beih-pause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt	
			a	-	1158	Stg		Blatt Nr. 7	
	Tag	Name	b	-	359	Stg	Ersetzt für ersetzt durch Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77		
			c	-	31.7.61	Gh			
geschrieben	657	Po							
bearbeitet	557	Gh							
geprüft									
normgeprüft									

ause Nr.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C183		Ker.Bp.-Kondensator	CBR 1/2500/350		
C184		Keramikkondensator	CCH 31/56		

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
K6		HF-Kabel	LK 126/5		
K20		HF-Kabel	LK 126/5		Länge m. PS 406 = 115 mm
K21		Schalt draht, geschirmt	LD 0,8 gelb		
L1		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L2		Schwingkreisspule	E 305/4-1.14		94 μ H (bes. Stückl.)
L3		Differenzierspule	E 305/4-1.15		1,5 μ H (bes. Stückl.)
L4		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L5		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L6		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L8		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L9		Tiefpaßspule	E 305/4-1.37.1		3,3 μ H (bes. Stückl.)
L10		Tiefpaßspule	E 305/4-1.37.2		1,5 μ H (bes. Stückl.)
L11		Tiefpaßspule	E 305/4-1.37.3		1,8 μ H (bes. Stückl.)
L12		Tiefpaßspule	E 305/4-1.37.4		3,3 μ H (bes. Stückl.)
L13		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L14		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L15		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L16		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L17		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes. Stückl.)
L18		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes. Stückl.)
L19		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes. Stückl.)
L20		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes. Stückl.)

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 9
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name			Ersatz für	ersetzt durch
Arbeitspause Nr.	geschrieben bearbeitet geprüft normgeprüft	657 557	Po Gh		SYNTHETISCH Schaltelemente zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sech.-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
L21		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L22		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L23		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L24		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L25		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L26		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L27		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L28		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L29		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L30		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L31		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L32		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L33		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L34		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L35		Filterspule	E 305/4-1.16	0,6 pH (bes.Stückl.)
L36		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L37		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L38		Heizdrossel	444461-7.45	(bes.Stückl.)
L39		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L40		Filterspule	E 305/4-1.38.1	0,8 pH (bes.Stückl.)
L41		Filterspule	E 305/4-1.38.2	0,8 pH (bes.Stückl.)
L42		Filterspule	E 305/4-1.38.3	0,8 pH (bes.Stückl.)
L43		Filterspule	E 305/4-1.38.4	0,8 pH (bes.Stückl.)
L44		Filterspule	E 305/4-1.38.1	0,8 pH (bes.Stückl.)
L45		Filterspule	E 305/4-1.38.2	0,8 pH (bes.Stückl.)
L46		Filterspule	E 305/4-1.38.3	0,8 pH (bes.Stückl.)

vielfältige.-Pause
Nr.

ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
a	-	1158	Stg
b	-	359	Stg
c	-	31.7.61	Gh

Liste Nr.

E 444 472...77 - 1 Sa

Liste besteht

aus Blatt

Blatt Nr. 10

reletpause Nr.

	Tag	Name
geschrieben	657	Po
bearbeitet	557	Gh
geprüft		
normgeprüft		

Ersatz für

ersetzt durch

Stückliste / Schaltteilliste zu

Dekadische Meß- und Steuerstufe
Type XUD

DFO 1 MHz

BN 444472...77

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																			
L47		Filterspule	E 305/4-1.38.4		0,8 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L48		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
L49		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
L50		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes.Stückl.)																																																																			
L51		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes.Stückl.)																																																																			
L52		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
L53		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes.Stückl.)																																																																			
L54		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes.Stückl.)																																																																			
L55		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes.Stückl.)																																																																			
L56		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes.Stückl.)																																																																			
L57		Filterspule	444461-7.9		90 nH (bes.Stückl.)																																																																			
L58		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
L59		Schwingkreisspule	444461-7.9		90 nH (bes.Stückl.)																																																																			
L60		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
L61		Entzerrungsspule	E 305/4-5.15		1,5 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L62		Entzerrungsspule	E 305/4-5.16		2,1 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L63		Entzerrungsspule	E 305/4-5.17		4,5 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L64		Entzerrungsspule	E 305/4-5.15		1,5 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L65		Entzerrungsspule	E 305/4-5.21		2,0 pH (bes.Stückl.)																																																																			
L69		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes.Stückl.)																																																																			
L70		Auskoppelspule	E 305/4-1.18		(bes.Stückl.)																																																																			
L71		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes.Stückl.)																																																																			
L72		Heizdrossel	444461-7.45		(bes.Stückl.)																																																																			
<table><tr><td colspan="2" rowspan="4">  ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN </td><td>Änd.- zust.</td><td>Änd.-Mittlg. Nr.</td><td>Tag</td><td>Name</td><td rowspan="4">Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa</td><td colspan="2">Liste besteht aus Blatt</td></tr><tr><td>a</td><td>-</td><td>1158</td><td>Stg</td><td rowspan="3">Blatt Nr. 11</td></tr><tr><td>b</td><td>-</td><td>359</td><td>Stg</td></tr><tr><td>c</td><td>-</td><td>31.7.61</td><td>Gh</td></tr><tr><td></td><td>Tag</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td>Ersatz für</td><td colspan="2">ersetzt durch</td></tr><tr><td>geschrieben</td><td>657</td><td>Po</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Stückliste Schalteilliste zu</td></tr><tr><td>bearbeitet</td><td>557</td><td>Gh</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Dekadische Meß- und Steuerstufe</td></tr><tr><td>geprüft</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Type XUD</td></tr><tr><td>normgeprüft</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">DFO 1 MHz BN 444472...77</td></tr></table>						 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt		a	-	1158	Stg	Blatt Nr. 11	b	-	359	Stg	c	-	31.7.61	Gh		Tag	Name				Ersatz für	ersetzt durch		geschrieben	657	Po				Stückliste Schalteilliste zu			bearbeitet	557	Gh				Dekadische Meß- und Steuerstufe			geprüft						Type XUD			normgeprüft						DFO 1 MHz BN 444472...77		
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name			Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt																																																															
		a	-	1158	Stg				Blatt Nr. 11																																																															
		b	-	359	Stg																																																																			
		c	-	31.7.61	Gh																																																																			
	Tag	Name				Ersatz für	ersetzt durch																																																																	
geschrieben	657	Po				Stückliste Schalteilliste zu																																																																		
bearbeitet	557	Gh				Dekadische Meß- und Steuerstufe																																																																		
geprüft						Type XUD																																																																		
normgeprüft						DFO 1 MHz BN 444472...77																																																																		

Vervielfältigs.-Pause
Nr.

eben., pause Nr.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sech-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
L73		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L74		Oszillatorspule	E 305/4-1.18		(bes. Stückl.)
L75		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L76		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L77		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L78		Auskoppelspule	E 305/4-1.18		(bes. Stückl.)
L80		Auskoppelspule	E 305/4-1.19		(bes. Stückl.)
L81		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L82		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L83		Oszillatorspule	444461-2.11	60 nH	(bes. Stückl.)
L84		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L85		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L86		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L87		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L88		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L89		Heizdrossel	444461-7.45		(bes. Stückl.)
L90		Anodendrossel	DUF 311/20		(bes. Stückl.)
L91		Auskoppelspule	E 305/4-1.19		(bes. Stückl.)

vervielfältigs.-Pause
Nr.

eben.-pause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mitgl. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 12
		a	-	1158	Stg		
		b	-	359	Stg		
		c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name					
geschrieben	657	Po					
bearbeitet	557	Gh					
geprüft							
normgeprüft							
Ersatz für						ersetzt durch	
Schaltungs- / Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77							

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
Q1		Steuerquarz		nach R 5144
R1		Schichtwiderstand	WF 10k/0,25	
R2		Schichtwiderstand	WF 100k/0,5	
R3		Schichtwiderstand	WF 2k/0,5	
R4		Schichtwiderstand	WF 1,6M/0,5	Richtwert
R5		Schichtwiderstand	WF 100k/0,5	
R6		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5	
R7		Schichtwiderstand	WF 2k/0,5	
R8		Schichtwiderstand	WF 600/0,25	
R9		Schichtwiderstand	WF 160k/0,25 WF 125k/0,25	parallel Richtwert
R10		Schichtwiderstand	WF 1M/0,25	
R11		Schichtwiderstand	WF 100/0,25	
R12		Schichtwiderstand	WF 400/0,5	
R13		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5	
R14		Schichtwiderstand	WF 500/0,25	
R15		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25	
R16		Schichtwiderstand	WF 500/0,5	
R17		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5	
R18		Schichtwiderstand	WF 500/0,25	
R19		Schichtwiderstand	WF 250/0,25	
R20		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5	

Vervielfältigungs-Pause
Nr.

Arbeits-ause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 13	
		a	-	1158	Stg.			
		b	-	359	Stg.			
		c	-	31.7.61	Gh			
	Tag	Name	Ersatz für					ersetzt durch
geschrieben	657	Po	Schaltteilliste zu					
bearbeitet	557	Gh	Dekadische Meß- und Steuerstufe					
geprüft			Type XUD					
normgeprüft			DFO 1 MHz					BN 444472...77

8; 1255; 5000 S

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R21		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R22		Schichtwiderstand	WF 1M/0,25		
R23		Schichtwiderstand	WF 125k/0,5		
R24		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R25		Schichtwiderstand	WF 600k/0,25		Richtwert
R26		Schichtwiderstand	WF 200/0,1		
R27		Schichtwiderstand	WF 100k/0,1		
R28		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5		
R29		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R30		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R31		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R32		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R33		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R34		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R35		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R36		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R37		Schichtwiderstand	WF 8k/0,25		
R38		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25		
R39		Schichtwiderstand	WF 500/0,5		
R40		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5		
R41		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R42		Schichtwiderstand	WF 1M/0,25		
R43		Schichtwiderstand	WF 500/0,5		
R44		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5		
R45		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5		
R46		Schichtwiderstand	WF 10k/0,25		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mitgl. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 14
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name			Ersatz für	ersetzt durch
Arbeitspause Nr.	geschrieben	657	Po		Schaltreille zu	
	bearbeitet	557	Gh		Dekadische Meß- und Steuerstufe	
	geprüft				Type XUD	
	normgeprüft				DFO 1 MHz BN 444472...77	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R47		Schichtwiderstand	WF 400/0,5		
R48		Schichtwiderstand	WF 100/0,25		
R49		Schichtwiderstand	WF 25k/0,5		
R50		Schichtwiderstand	WF 1k/0,5		
R51		Schichtwiderstand	WF 600/0,5		
R52		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25		
R53		Schichtwiderstand	WF 250/0,25		
R54		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5		
R55		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R56		Schichtwiderstand	WF 600/0,5		
R57		Schichtwiderstand	WF 1k/0,25		
R58		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R59		Schichtwiderstand	WF 5k/0,25		
R60		Schichtwiderstand	WF 20/0,1		
R62		Schichtwiderstand	WF 160k/0,25		Richtwert!
R63		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R64		Schichtwiderstand	WF 100k/0,5		
R65		Schichtwiderstand	WF 400/0,25		
R66		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25		
R67		Schichtwiderstand	WF 200/0,5		
R68		Schichtwiderstand	WF 30k/0,25		
R69		Schichtwiderstand	WF 40k/0,5		
R70		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R73		Schichtwiderstand	WF 20k/0,1		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 15	
	a	-	1158	Stg			
	b	-	359	Stg			
	c	-	31.7.61	Gh			
Tag	Name		Ersatz für				ersetzt durch
geschrieben	657	Po	Stückliste / Schaltteilliste zu				
bearbeitet	557	Gh	Dekadische Meß- und Steuerstufe				
geprüft			Type XUD				
normgeprüft			DFO 1 MHz				BN 444472...77

*Diese Zeichnung ist unser Eigen,
unbefugte Verwertung, Mitteilung u. andere ist
strafbar und schadenersatzpflichtig.*

Lfd. Nr.	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
Kenn- zeichen				
1	2	3	4	5
R74		Schichtwiderstand	WF 500/0,25	
R75		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5	
R76		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25	
R77		Schichtwiderstand	WF 10k/0,25	
R78		Schichtwiderstand	WF 80/0,25	
R79		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5	
R80		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5	
R81		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5	
R82		Schichtwiderstand	WF 100k/0,25	
R83		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5	
R84		Schichtwiderstand	WF 500/0,25	
R85		Schichtwiderstand	WF 5/0,1	
R86		Schichtwiderstand	WF 20k/0,1	
R87		Schichtwiderstand	WF 20k/0,1	
R88		Schichtwiderstand	WF 20k/0,1	
R89		Schichtwiderstand	WF 20k/0,1	
Rö1		Triode	EC 93	
Rö2		Pentode	EF 800	
Rö3		Pentode	EF 800	
Rö8		Pentode	EF 800	

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zusf.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa Ersatz für _____ ersetzt durch _____ Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 16
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name				
geschrieben	657	Po				
bearbeitet	557	Gh				
geprüft						
normgeprüft						

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sech.-Nr.	5	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R89		Pentode	EF 800		
R810		Pentode	EF 800		
R811		Pentode	EF 800		
R812		Pentode	EF 800		
R813		Pentode	EF 800		
R814		Pentode	EF 800		
R815		Pentode	EF 800		
R816		Pentode	EF 800		
R817		Pentode	EF 800		
R818		Pentode	EF 800		
R819		Pentode	EF 800		
R820		Pentode	EF 800		
C186		MP-Kondensator	CMR 1/250		
C187		MP-Kondensator	CMR 0,5/500		
C188		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
C189		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C190		Papierkondensator	CPK 50000/250		
C191		Keramikkondensator	CCG 41/5		
C192		Keramikkondensator	CCG 41/8		
C193		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C194		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
C195		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C196		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C197		Keramikkondensator	CCG 41/4		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.-zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt 17
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name				
geschrieben	657	Po				
bearbeitet	557	Gh				
geprüft						
normgeprüft						

Ersetzt für Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz	ersetzt durch BN 444472...77
---	---------------------------------

vervielfältige.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
0198		Keramikkondensator	CCG 41/8		
0199		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
0200		Papierkondensator	CPM 50000/250		
0201		Papierkondensator	CPM 50000/250		
0202		Keramikkondensator	CCG 41/8		
0203		Papier-Df.-Kondensator	CPD 10000/300		
0204		Keramikkondensator	CCH 31/15		
0205		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
0206		MP-Kondensator	CMR 1/250/1		
0207		Papier-Df.-Kondensator	CPD 10000/300		
0208		Papier-Df.-Kondensator	CPD 10000/300		
0209		Keramikkondensator	CCG 41/10		Richtwert!
0210		Keramikkondensator	CCH 31/100		
0211		MP-Kondensator	CMR 1/250/1		
0212		Papier-Df.-Kondensator	CPD 50000/300		
0213		Keramikkondensator	CCH 31/100		
0214		Papier-Df.-Kondensator	CPD 10000/300		
0215		Keramikkondensator	CCG 11/1		
0216		Papier-Df.-Kondensator	CPD 10000/300		
0217		Keramikkondensator	CCH 31/56		
0218		Papier-Df.-Kondensator	CPD 25000/350		
0219		Papierkondensator	CPK 25000/400 CPM 25000/500	parallel	
0220		Papierkondensator	CPM 50000/250		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 18
	a	-	1158	Stg		
	b	-	359	Stg		
	c	-	31.7.61	Ch		
Tag Name	Ersatz für				ersetzt durch	
geschrieben bearbeitet geprüft normgeprüft	657 557	Po Gh	Schalte- / Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77			

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
G19		Germaniumdiode	GK 6111	TKD; GSD 5/61
G110		Germaniumdiode	GK 6111	TKD; GSD 5/61
G111		Germaniumdiode	GK 6111	TKD; GSD 5/61
I1		Drehspulstrommesser	INS 10401	20 μ A
L95		Entzerrungsspule	E 305/4-5.17	4,5 μ H (bes.Stückl.)
L96		Entzerrungsspule	E 305/4-5.15	1,4 μ H (bes.Stückl.)
L97		Entzerrungsspule	E 305/4-5.17	4,2 μ H (bes.Stückl.)
L98		Entzerrungsspule	E 305/4-5.15	1,4 μ H (bes.Stückl.)
L99		Entzerrungsspule	E 305/4-5.17	4,2 μ H (bes.Stückl.)
L100		Entzerrungsspule	E 305/4-5.18	0,9 μ H (bes.Stückl.)
L101		Entzerrungsspule	E 305/4-5.16	2,5 μ H (bes.Stückl.)
L102		Tiefpaßspule	E 431/1-10	2,72 μ H (bes.Stückl.)
L104		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L105		Anodendrossel	DUF 311/20	(bes.Stückl.)
L106		Anodendrossel	E 305/4-5.22	13,5 mH (bes.Stückl.)
R90		Schichtwiderstand	WF 500k/0,25	

vollfällige.-Pause
Nr.

Wartungspause Nr.

		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr.	Liste besteht aus Blatt
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		a	-	1158	Stg	E 444 472...77 - 1 Sa	Blatt Nr. 19
		b	-	359	Stg		
		c	-	31.7.61	Gh		
Tag	Name						
geschrieben	657	Po					
bearbeitet	557	Gh					
geprüft							
normgeprüft							
		Ersatz für		ersetzt durch			
		SKRIBENTEN Schalteilleiste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R91		Schichtwiderstand	WF 250/0,25		
R92		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5		
R93		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R94		Schichtwiderstand	WF 500/0,25		
R95		Schichtwiderstand	WF 500k/0,25		
R96		Schichtwiderstand	WF 200/0,25		
R97		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5		
R98		Schichtwiderstand	WF 500/1		
R99		Schichtwiderstand	WF 500k/0,25		
R100		Schichtwiderstand	WF 80/1		
R101		Schichtwiderstand	WF 8k/1		
R102		Schichtwiderstand	WF 300/1		
R103		Schichtwiderstand	WF 500k/0,25		
R104		Schichtwiderstand	WF 100/2		
R105		Schichtwiderstand	WF 10/0,1		
R106		Schichtwiderstand	WF 40k/0,25		Richtwert!
R107		Schichtwiderstand	WF 500 k/0,25		Richtwert!
R108		Schichtwiderstand	WF 2,5k/0,25		
R109		Schichtwiderstand	WF 30k/0,25		
R110		Schichtwiderstand	WF 400/0,25		
R111		Schichtwiderstand	WF 60/0,25		
R112		Schichtwiderstand	WF 250/0,25		
R113		Schichtwiderstand	WF 60/0,25		
R114		Schichtdrehwiderstand	WS 5126/100k		
R115		Schichtwiderstand	WF 20k/0,5		
R116		Schichtwiderstand	WF 5/0,1		

vervielfältigs.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.-zust.	Änd.-Mittg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus	
		a	-	1158	Stg		Blatt	
		b	-	359	Stg			
		c	-	31.7.61	Gh		Blatt Nr. 20	
						Ersatz für	ersetzt durch	
geschrieben 657 Po bearbeitet 557 Gh geprüft normgeprüft						Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77		

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R117		Schichtwiderstand	WF 5/0,1		
Rö4		Pentode	EL 34		
Rö5		Pentode	EL 803		
Rö6		Pentode	EF 800		
Rö7		Pentode	EF 800		
Tr1		Ausgangsübertrager	E 431/1-11		(bes.Stückl.)

Verfälligs.-Pause
Nr.

Beltpause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...77 - 1 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 21
		a	-	1158	Stg		
		b	-	359	Stg		
		c	-	31.7.61	Gh		
	Tag	Name					
geschrieben	657	Po	Ersatz für ersetzt durch Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77				
bearbeitet	557	Gh					
geprüft							
normgeprüft							